

# シングルシート交流磁気特性試験装置 DAC-BHW-6

- 従来の方法では、高磁場において誤った磁気特性の評価をしてしまう事が有ります。主な理由として
  - ◆ 磁束正弦波が保たれていない。
  - ◆ 試験電源の出力インピーダンスと回路抵抗による影響を受ける。
- DAC-BHW-6は、デジタル磁界平衡制御を採用し、理想回路に近づけることができました。
- 試験周波数400Hzまでの測定が可能になりました。

